正本

安徽合大环境检测有限公司

检 测 报 告

项目名称　　水质检测项目（二月份）

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司

检测类别　　委托检测

合肥学院二学区 43 幢 4-6 层、34 幢 5 层
服务电话：0551-62158497
投诉电话：0551-62158399
网　　址：http：//www.ahhdjc.com

委托方地址：合肥市始信路 72 号
电　话：18756036556
联系人：洪志辉

检测报告说明

超过申诉期限，概不受理。

一、水质检测

采样日期： 2020 年 2 月 11 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 12 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 13 日　　采样人员： 吴磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 14 日　　采样人员： 吴磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 19 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 21 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 24 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 25 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 27 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

采样日期： 2020 年 2 月 29 日　　采样人员： 洪小磊、岳志

表 1-1 检测点位

样品编号	检测点位	检测指标
242001201SZ01（59）~（88）	车身预处理	镍
[illegible]	[illegible]车架预处理	

表 1-2 检测方法

检测指标	方法依据	检出限 或最低检测浓度	单位
镍	水质 镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	0.05	mg/L

表 1-3 检测结果（2 月 11 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201SZ01（59）	242001201SZ01（60）	242001201SZ01（61）	242001201SZ02（59）	242001201SZ02（60）	242001201SZ02（61）
检测指标	单位						

表 1-4 检测结果（2 月 12 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201SZ01（62）	242001201SZ01（63）	242001201SZ01（64）	242001201SZ02（62）	242001201SZ02（63）	242001201SZ02（64）
检测指标	单位						
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-6 检测结果（2 月 14 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201SZ01（68）	242001201SZ01（69）	242001201SZ01（70）	242001201SZ02（68）	242001201SZ02（69）	242001201SZ02（70）
检测指标	单位						
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

表 1-7 检测结果（2 月 19 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201S	242001201S	242001201S			

注：[illegible]

表1.11 [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	无色液体	无色液体	无色液体	无色液体	无色液体	无色液体
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 1-12　检测结果（2 月 29 日）

检测点位		车身预处理			车架预处理		
样品状态		无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈	无色清澈
样品编号		242001201SZ01（86）	242001201SZ01（87）	242001201SZ01（88）	242001201SZ02（86）	242001201SZ02（87）	242001201SZ02（88）
检测指标	单位						
镍	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L

注：如结果低于检出方法检出限，填最低检出限并加“L”。

二、主要检测设备

仪器编号	仪器名称	仪器型号	测量范围	准确度	检定/校准有效期	检定/校准证书编号
YQ-SY-4-1#	原子吸收光	PinAAcle900	184-900nm	0.5nm	2021/9/9	XHJ2019-1-66