

关于COD在线监测仪COD超标的情况说明

2021年12月24-26日，我公司废水总排COD日均值超标，是因为COD在线监测仪量程漂移所致。COD在线监测仪量程标准为580mg/L，现场COD在线分析仪使用量程需满足排放标准2-5倍为1000mg/L，量程漂移调试期间，分别需连续测量现场设备工作量程20%（质控样200mg/L）、80%（质控样800mg/L）的质控样各24次（间隔为1小时/次），50%（质控样500mg/L）6次（间隔1小时/次）。

量程漂移调试前，公司已向属地环保部门进行了提前报备，附报备情况说明。

特此说明。

安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机分公司

